



仅供体外诊断使用



翻阅




说明 - 从此处开始

开始检测前请仔细阅读说明。

建议在检测期间也使用手套（不提供）。重要信息参见另一面。


开始之前

1. 洗手或双手消毒。确保双手擦干后再开始。




A. 准备检测

您的盒子里可能包含多个检测试剂盒。每次检测仅使用以下各种物品中的 1 件：




！ 请勿触摸里面的任何部件。仅拿住卡片边缘。




2. 从袋子中取出检测卡。

确保蓝色控制线出现在结果窗口中。如果没有出现，请勿使用此卡片。



打开卡片，将它平放在桌子上，粉色面朝下。您可以向相反的方向弯曲中间位置，以帮助卡片平放。



不要触摸试纸条。


！ 在整个检测过程中，卡片必须平放在桌面上。

3. 取下滴瓶盖。

将滴管瓶垂直放置在顶孔上方，不要倾斜。

往顶孔注入 6 滴。

请勿用尖端接触卡片。




注意：如果在孔内注入的液体超过 6 滴，可能会出现假阴性结果。

B. 采集鼻腔样本

！ 手指远离拭子端。

4. 从棉签棒的底端打开拭子包。拿出拭子。




5. 如图所示，仔细擦拭两个鼻孔。

最多 3/4 英寸

将拭子的整个软尖插入鼻孔（通常为 1/2 到 3/4 英寸）。


您无需插得更深。



用中等力度，用拭子摩擦鼻孔内壁各处。

至少 5 大圈

转动至少 5 大圈。不要只是旋转拭子。



每个鼻孔都必须擦拭大约 15 秒。

使用同一个拭子，在另一个鼻孔重复第 5 步。

至少 5 大圈




检查：您是否擦拭了两个鼻孔？

注意：如果鼻拭子采集不当，可能会出现假阴性结果。

C. 进行检测

！ 将卡片平放于桌上。


6. 将拭子尖插入下孔。



从下孔用力推拭子尖，直到从顶孔中可见。

不要从卡片中取下拭子。

7. 将拭子向右旋转 3 次，使拭子与滴剂混合。
- 不要跳过此步骤。
- 将拭子留在卡片中以进行余下的检测。




注意：如果不转动拭子，可能会出现假阴性结果。

！ 不要取走拭子。


8. 撕掉粘合贴。注意不要接触卡片的其他部分。

撕掉



将卡片的左侧盖在拭子上。压紧卡片右侧边缘的两条线来封口。

密封



将卡片面朝上放在桌上。

！ 在此期间不要移动或触摸卡片。

9. 等待 15 分钟。

在 15 分钟时读取结果。

不要在未满 15 分钟时或超过 30 分钟后读取结果。



等待 15 分钟

读取 在 15-30 分钟之间

注意：控制线可能会在几分钟内出现在结果窗口中，但样本线可能需要 15 分钟才显示。


注意：不能在 30 分钟后读取结果。

D. 解释结果

查看 COVID-19 阳性结果

找到结果窗口并仔细寻找两条粉色/紫色的线。

阳性结果：如果您看到两条粉色/紫色的线（一条在上半部分，一条在下半部分），这表示检测到 COVID-19。



仔细看！

底部的线可能非常模糊。此处任何可见的粉色/紫色的线都是阳性结果。


以下是实际检测为阳性的照片。在右边，请注意下面的那条线很模糊。



查看 COVID-19 阴性结果

找到结果窗口并在窗口中寻找一条粉色/紫色的线。


阴性结果：如果您仅在上半部分看到一条粉色/紫色的线，这里注明 "Control（控制）”，这表示没有检测到 COVID-19。



查看无效结果

如果您看到以下任何情况，那么检测无效。无效结果表示该检测无法确定您是否患有 COVID-19。需要进行一项新检测来获得有效结果。


请拨打 + 1-833-637-1594 联系技术支持部。



注意：参阅另一面了解结果的含义。

E. 处置检测试剂盒

将所有使用过的检测试剂盒组件扔进垃圾桶。



F. 报告您的检测结果

通过 NAVICA 应用程序以及联系您的医疗保健提供者报告您的检测结果。

注意：第二次检测应在第一次检测至少 36 小时后进行。

第 1 天

检测 1



等待 36 小时 (1.5 天)

第 2 天至第 3 天

检测 2